

检 验 报 告

产品名称：正磷酸盐水质在线分析仪
量程：0-10mg/L

型号：WDet-5000 型
出厂编号：SZCAPO4000001

检验内容	技术要求	试样实际值 (mg/L)	测量值 (mg/L)		检验结果
重复性	±3%	5.00	4.91	4.84	1.62%
			4.95	4.79	
			4.94	4.79	
零点漂移	±5%	0.00	最大值	0.05	1.16%
			最小值	0.01	
量程漂移	±5%	8.00	7.88	7.92	0.94%
			7.93	7.76	
			7.65	7.68	
示值误差	±5%	0.20	0.19		0.81%
			0.19		
			0.19		
			0.19		
			0.19		
			0.19		
线性	±5%	0.20	0.19		0.92%
			0.19		
			0.19		
			0.19		
			0.19		
			0.19		
检验内容	技术要求	检验结果			
平均无故障连续运行时间	≥720h/次	合格			
电压稳定性	±10% (测量误差)	4%			
绝缘阻抗	≥20MΩ	220 MΩ			
机箱外观	无划伤, 腐蚀	合格			
绝缘强度	不出现飞弧和击穿现象	合格			
泄露电流	≤5mA	0.5mA			



杭州泽天科技有限公司

产品合格证

PRODUCT CERTIFICATION

终检人: 李科
OQC(1)

产品名称 Name	正磷酸盐水质在线分析仪
产品型号 Model	WDet-5000型
产品编号 Product No.	SZCAP04 000001
出厂日期 Date	2018.6.13

本产品经检验确认合格，准予出厂。
This product has been tested and approved!



出货清单 (Shipment List)

产品编号 (Product Number): ZTSZCAP04000001

序号 NO.	部件名称 Part Name	规格/型号 Specification/Model	单位 Unit	数量 Qty	备注 Remarks	最小包装 MPQ	所在箱号 Box NO.
1	正磷酸盐水质分析仪	/	台	1		1	/
2	正磷酸盐标准试剂	含瓶	套	1			
3	塑料空桶	5L	个	1			
4	说明书	/	本	1			
5	产品合格证	/	份	1			
6	产品检验报告	/	份	1			
7	管夹阀软管	2.0*3.8mm	根	2			
8	三芯电源线	3米, 3*1.0	根	1	含磁环		
9	蠕动泵热塑橡胶管	3.18*6.35mm	根	1			
10	DB9公母头直连线	1.5m	根	1			
11	保险丝	8A	个	2			
12	内六角扳手	2.5MM	把	1			
13	纽扣电池	/	个	2			
14	钥匙	/	把	2			
15	DB9公对公串口头	/	个	1			
16	尼龙螺钉	/	个	4			
17	航空插头	/	个	1			
18	品质插头	/	个	1			
19	堵头	/	个	1			
20	套筒	5.5MM	个	1			
21	扎线带	4*150mm	根	5			

(客户) 签收人:

签收日期: